

## <3.0TMRI における検査注意事項>

### 検査が出来ないもの

- 心臓ペースメーカー
- 人工心臓弁
- 脳脊髄刺激装置
- 人工内耳・中耳
- 金の糸（美容整形）
- その他、添付文書にて3.0TMRI 対応していないもの、対応確認ができないもの

### 3.0TMRI 対応している、又は取り外すことで検査が可能なもの

- 動脈瘤クリップ
- 人工関節
- 各種ステント、コイルなど
- 補聴器
- 義眼
- 歯科人工物（入れ歯、銀歯など）
- 避妊リング
- その他、添付文書にて3.0TMRI に対応しているもの、取り外せば検査可能なもの

### その他、注意が必要なもの

- 入れ墨 ⇒ 火傷、色落ちの可能性があります
- コンタクトレンズ ⇒ 当院では種類問わず外していただきます
- 張り薬 ⇒ 成分の含まれた張り物類ははがしていただきます
- 染粉、増毛スプレーなど ⇒ 来院後、洗い流すことが難しい場合、検査中止とさせていただきます
- 時計、スマートフォンなどの電子機器類 ⇒ 検査室に持ち込めません
- ネックレス、指輪などの貴金属 ⇒ 検査室に持ち込めません(外れない指輪などはご相談ください)
- 免許証、クレジットカードなどの磁気カード類 ⇒ 検査室に持ち込めません
- ペン、鍵などの金属が含まれた備品類 ⇒ 検査室に持ち込めません
- 金属のついた衣服類（金属付着の恐れがある作業着など） ⇒ 着替えをしていただきます

◇MRI 検査の予約時には体内金属などの確認を行っていただいておりますが、当院においても厳重に確認させていただきます。禁忌事項、確認が取れないなどで検査できないと判断した場合、検査を中止せざるを得ないことをご理解くださるようお願い申し上げます